Westfalen Gassen Nederland BV
Postbus 779
7400 AT Deventer
tel: 0570-858 450
fax: 0570-858 451
e-mail: medisch@westfalengassen.nl
www.westfalenmedisch.nl

Uw leverancier

Indien u vragen heeft over het gebruik van de zuurstof en/of bestellingen, belt u dan gerust Westfalen Gassen Nederland BV. Voor de normale bestellingen van zuurstof en gebruiksartikelen of, voor vragen daarover, kunt u ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur bereiken op onderstaand telefoonnummer

0570-858 450

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op hetzelfde telefoonnummer.

Raadpleeg de meegeleverde handleiding indien u vragen heeft omtrent het gebruik van de voorziening.

Let op!

Ventileer de ruimte waar u de zuurstof gebruikt goed.

Gebruik geen olie of vet bij of aan de cilinder, drukregelaar of concentrator.

Niet roken in de ruimte waar zuurstof gebruikt wordt.

Geen open vuur in de ruimte waar de zuurstof gebruikt wordt.

Indien u elektrische apparaten (zoals een föhn, of elektrisch scheerapparaat) gebruikt, stop dan even met het gebruik van de zuurstof.

Zet de flow op '0' of draai de cilinder even dicht bij het aan- of uitkleden.

Dit hulpmiddel is in bruikleen verstrekt en moet na beëindiging van het gebruik aan Westfalen Gassen Nederland BV worden geretourneerd.

Zuurstofconcentrator

Aansluiten/Gebruik
Stop de stekker in het stopcontact en bevestig vervolgens het neusbrilletje of de verlengslang met het neusbrilletje aan de uitlaat. Bij grote flow (meer dan 3 liter/minuut) kan worden besloten tot het aansluiten van een bevochtigerflacon aan de uitlaat waar vervolgens de verlengslang aan wordt bevestigd.

Zet de knop met ON/OFF op de stand 'ON' ; er gaat nu een lichtje branden en tegelijkertijd hoort u een indringende alarmtoon. Dit laatste blijft hoorbaar tijdens de gehele opstart- en zelftestperiode en kan soms 20 - 30 seconden duren. Indien dit tijdens het opstarten niet gebeurt, controleert u eerst of de stekker in het stopcontact zit. Is dit het geval en er is geen alarmsignaal hoorbaar, dan dient u contact op te nemen met Westfalen Gassen Nederland BV.

Draai de regelknop van de flowmeter een halve slag open. Wacht vervolgens 2 minuten na het opstarten van de concentrator (de zuurstofconcentratie komt dan op het juiste peil) en stel middels de regelknop van de flowmeter, de juiste flow in (in liters per minuut). Voor het uitschakelen van de concentrator zet u de ON/OFF knop op 'OFF'.

Storingen
Het alarmsignaal gaat tijdens het gebruik (dus niet tijdens de opstartfase!) alleen af wanneer de concentrator absoluut te weinig zuurstof produceert en er (stroom) storingen zijn.

Controleer bij een alarm altijd of de flowmeter goed staat ingesteld en of bijvoorbeeld de slang niet is geknikt waardoor geen of minimale flow mogelijk is.

De concentratoren hebben 3 indicatielampjes voor de zuurstofconcentratie. Na verloop van tijd (dit kan ongeveer een half uur duren) gaat een groen indicatielampje voor de zuurstofconcentratie branden. Dit is de normale situatie. Indien een geel indicatielampje langdurig gaat branden, kan de concentrator tijdelijk nog worden gebruikt. U meldt de ontstane situatie aan Westfalen Gassen Nederland BV.

Indien een rood indicatielampje gaat branden, moet de concentrator worden vervangen door de aawezige standbycilinder en moet u contact opnemen met Westfalen Gassen Nederland BV.

Bevestig deze instructiekaart aan de concentrator met een elastiekje zodanig dat deze altijd goed zichtbaar is.

J5 0901 0.5T